

(106616) **fx70 [f272, f273, f274, f275] Mezcla especies (estragón, tomillo, ligústico, mejorana)**

Muestra: **SUERO**
 Muestra alternativa: **No tiene**
 Volumen mínimo: **250 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
 Plazo de entrega: **2 días laborables**
 Metodo: **Fluoroimmunoanálisis (CAP System).**

Rast IgE Específica

Método: Fluoroimmunoanálisis (CAP System).

REALIZADO FRENTE A:	CONCENTRACION	CLASE
fx70 [f272, f273, f274, f275] Mezcla especies (estragón, tomillo, ligústico, mejorana)	R1	kU/L

VALORES DE REFERENCIA:

Alérgenos aislados: Negativo: Concentración < 0.35 kU/L y Clase 0

Mezclas de alérgenos Negativo: Concentración < 0.35 kU/L

En las mezclas los resultados se expresan únicamente por concentración

En los resultados positivos se recomienda realizar la determinación de cada uno de los alérgenos.

INTERPRETACION:

Clase 0:	< 0.35	kU/L	Clase 4:	17.5 - 50	kU/L
Clase 1:	0.35 - 0.70	kU/L	Clase 5:	50 - 100	kU/L
Clase 2:	0.70 - 3.50	kU/L	Clase 6:	> 100	kU/L..
Clase 3:	3.50 - 17.5	kU/L			
